Gaswarngerät MaxXT II

1. Hersteller
BW Technologies

2. Norm
Ex II 1 G Ga Ex ia IIC T4 (ATEX)
SA Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
Spritzwassergeschützt nach IP66/67
IECEx Ga Ex ia IIC T4
CE
EMV-Richtlinie 2004/108/EG
N Br Ex ia IIC T4

3. Gewicht
328g

4. Material
keine Angabe

5. Verwendungsdauer
keine Angabe

6. Prüfintervall
alle 120 Tage

security@work GmbH
Am Autohof 19
73037 Göppingen
www.saw-arbeitsschutz.de
Telefon 07161 / 158- 11- 0
Fax 07161 / 158- 11- 29
E-Mail info@saw-arbeitsschutz.de
Geschäftsführer:
Andreas Dobry
Thomas Falkenstein
HRB 731790 Ulm
Amtsgericht Ulm
UstID DE 252738506

Gaswarngerät MaxXT II

7. Merkmale

- Vorrichtung für 4 Sensoren: UEG(LEL), O2, H2S, CO
  auch verwendbar als 1-,2-, oder 3-Gasmessgerät
- Inkl. Motor-Ansaugpumpe für Freimessungen
  Gasprobenahme aus bis zu 23 m Entfernung
- Alarme: Optisch (sechs rote LEDs), Vibration und akustisch (95 dB)
  Low (A1), High (A2), STEL, AGW, OL (Bereichsüberschreitung)
- 2 Jahre Batteriebetriebsdauer (Standard)
  mit austauschbarer 3V-Batterie
- Maße: 13,1 x 7,0 x 5,2 cm
- Temperatur: -20 bis +50°C
- Lieferumfang: Gaswarngerät BW MaxXT II, Datenspeicher,
  Ansaugpumpe, Akku, Ladegerät, Handbuch

security@work GmbH
Am Autohof 19
73037 Göppingen
www.saw-arbeitsschutz.de
Telefon 07161 / 158- 11- 0
Fax 07161 / 158- 11- 29
E-Mail info@saw-arbeitsschutz.de
Geschäftsführer:
Andreas Dobry
Thomas Falkenstein
HRB 731790 Ulm
Amtsgericht Ulm
UstID DE 252738506